# Familiarisation avec votre lecteur OneTouch Verio Reflect[MC]

Avant d'utiliser le lecteur OneTouch Verio Reflect[MC] pour tester votre glycémie, lisez attentivement le manuel d'utilisation et les feuillets d'information accompagnant les composants du système.




1. Fente d'insertion des bandelettes de test
2. Icône Bluetooth
3. 3 Unité de mesure (mmol/L)
4. Port de données micro-USB
5. Bouton OK
6. Bouton Retour
7. Boutons fléchés Haut et Bas
8. Indicateur dynamique de positionnement des valeurs par rapport à la plage d'objectifs ColourSure®
9. Icône indicatrice de positionnement des valeurs par rapport à la plage d'objectifs
10. Icônes du suivi des tests

## Démarrage rapide :
### Réglage de votre lecteur

1. Allumez votre lecteur en appuyant sur le bouton **OK** et en le maintenant enfoncé jusqu'à ce que l'écran de **bienvenue** apparaisse. Vous pouvez également allumer votre lecteur en insérant une bandelette de test.

2. **FACULTATIF :** Vous pouvez choisir de régler votre lecteur en utilisant **l'appli OneTouch Reveal®**.

3. Réglez la langue, la date et l'heure en appuyant sur les **boutons fléchés Haut et Bas** pour mettre votre choix en surbrillance, puis appuyez sur **OK** pour l'enregistrer.

4. **FACULTATIF:** Vous pouvez aussi régler les seuils des plages d'objectifs, l'objectif de tests quotidiens et l'objectif moyen sur 90 jours* à cette étape-ci.

5. Le message « **Réglage terminé** » s'affiche. Votre lecteur est à présent prêt à être utilisé.

6. Vous pouvez éteindre votre lecteur de trois façons : en appuyant sur le bouton **OK** et en le maintenant enfoncé pendant quelques secondes, en retirant la bandelette de test ou en ne touchant pas au lecteur pendant 2 minutes.

* Assurez-vous de consulter votre professionnel de la santé au sujet des réglages qui vous conviennent.

## Démarrage rapide :
### Réalisation d'un test

1. Lavez-vous les mains avec de l'eau tiède et du savon et séchez-les bien.

2. Insérez une bandelette de test dans la **fente d'insertion des bandelettes** de test en vous assurant que le côté doré de la bandelette et les deux broches argentées sont face à vous.

3. Ajustez le réglage de la profondeur de votre **stylo autopiqueur**, puis maintenez fermement le stylo autopiqueur sur le côté de votre doigt*.

4. Appuyez sur le **bouton déclencheur** pour vous piquer le doigt. Retirez le stylo autopiqueur. Pressez doucement votre doigt jusqu'à l'apparition d'une goutte de sang ronde.

5. Tenez le lecteur de façon à ce qu'il soit légèrement incliné, et guidez-le de manière à ce que l'un ou l'autre des côtés de la bandelette de test touche légèrement la goutte de sang. La bandelette de test aspire le sang dans le canal.

6. Votre lecteur vous indique instantanément si votre résultat en cours est dans l'objectif, inférieur à votre objectif ou supérieur à votre objectif. Il vous indique également lorsque votre résultat est proche de la limite inférieure ou supérieure de votre plage d'objectifs.

* Utilisez toujours une lancette stérile neuve chaque fois que vous effectuez un test.

# Consultez le site OneTouch.ca/fr ou communiquez avec le Service à la clientèle OneTouch®

**Consultez le site OneTouch.ca/fr**

**Envoyez un courriel à CustomerService @LifeScanCanada.com**

**Appelez au 1 800 663-5521**

Apple et le logo d'Apple sont des marques de commerce d'Apple Inc. déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques de commerce de Google LLC. Les logos et le mot servant de marque Bluetooth® sont des marques déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. Toute utilisation de ces marques par LifeScan Scotland Ltd et ses sociétés affiliées s'effectue sous licence.

Les autres marques de commerce et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Lisez toujours l'étiquette et suivez le mode d'emploi. © 2020 LifeScan IP Holdings, LLC. Les marques de commerce sont utilisées sous licence par LifeScan IP Holdings, LLC. Tous droits réservés. CA-VRF-2000129

ONETOUCH®

## ColourSure® PLUS

La fonction Indicateur de positionnement des valeurs par rapport à la plage d'objectifs ColourSure® vous indique instantanément où se situe votre résultat dans la plage d'objectifs. Ces indications apparaissent sous forme d'émoticônes lorsque le mode de base est désactivé.

Activez les **émoticônes** en désactivant le **mode de base** en allant à *Réglages* > *Fonctions* > *Mode de base*. Sélectionnez « Émoticône » ou « Texte » en allant à *Réglages* > *Fonctions* > *Indicat. de plage*.

## Coach de Glycémie (Blood Sugar Mentor™)

Les messages du **Coach de Glycémie** (**Blood Sugar Mentor™**) apparaissent automatiquement après l'affichage du résultat du test de glycémie lorsque **le mode de base** est désactivé.




Appuyez sur **OK** pour ignorer les messages; appuyez sur **OK** pour les visualiser de nouveau. Activez la **fonction Coach de Glycémie (Blood Sugar Mentor™)** en désactivant le **mode de base** en allant à *Réglages* > *Fonctions* > *Mode de base*.

## ONETOUCH Reveal®

L'appli mobile **OneTouch Reveal®** vous fournit encore plus de renseignements donnant un meilleur aperçu pour vous aider à prendre en charge votre diabète*.

### Instructions de jumelage

La fonction Bluetooth® doit être activée pour jumeler le lecteur avec l'appli.

Lancez l'appli mobile OneTouch Reveal® et suivez les instructions pour jumeler votre lecteur avec votre dispositif sans fil compatible.

* Plus que lorsque le lecteur est utilisé seul.

## Connectez-vous pour obtenir encore plus de renseignements donnant un meilleur aperçu

Téléchargez gratuitement l'appli OneTouch Reveal®

Télécharger dans l'App Store | DISPONIBLE SUR Google Play

Ensuite, consultez le site OneTouch.ca/fr dès aujourd'hui.

* Données sur le marché des applis de suivi du diabète de Research2Guidance pour les 2e et 3e trimestres de 2019.